

شماره: ۶۵۸/۸۵۸۸۵  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴  
پیوست: ندارد



## کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ویژگی های یخچال استاندارد دارویی

سلام علیکم؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۶۵۵/۸۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ با موضوع تهیه یخچال استاندارد جهت بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، ویژگی های یخچال استاندارد دارویی به منظور تهیه به شرح ذیل ارسال می شود.

### \*\*\* ویژگیهای یخچال استاندارد دارویی :

- گردش مناسب هوا و ایجاد دمای یکنواخت در یخچال ( توسط پنکه یا فن )
- کاهش دمایی فوری با باز شدن درب یخچال
- نمایشگر کنترل دما ( با تغییر محدوده دمایی حداکثر ۵/۰ درجه سانتیگراد )
- قابلیت خواندن دما بدون بازکردن درب یخچال
- قابلیت قفل شدن درب یخچال
- امکان تجهیز به سیستم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف از دمای مجاز
- قابلیت نگهداری دما برای مدت زمان مشخص در صورت قطع برق
- مجهز بودن به درب شیشه ای
- قابلیت تنظیم محدوده دمایی ۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت سیستم هشدار به هنگام بازماندن درب یخچال
- قابلیت کنترل رطوبت داخل یخچال
- مجهز بودن به پورت USB و نرم افزار مربوطه برای دیتالاگر

دکتر مهرداد خیراندیش  
مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل  
تجویز و مصرف کالاهای سلامت

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۶۶۴۶۹۱۲۲ شماره: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱